RESULTADOS VISUALES Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA PRESBICIA CON IMPLANTE DEL LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL PANOPTIX EN LAS CIRUGÍA DE CRISTALINO

Lugar: Centro Oftalmológico Virgilio Galvis Ramírez, Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Oftalmológica del Caribe

Investigadores: Dr. Luis C. Escaf, Dr. Alejandro Tello, Dr. Luis J. Escaf, Dr. Virgilio Galvis

Director de tesis: Dr. Alejandro Tello

Summary

The objective of this study is to evaluate binocular visual results, including the quality of vision (examined by contrast sensitivity) and subjective satisfaction in a group of patients implanted bilaterally with an intraocular PanOptix trifocal lens.

Methods:

This was an observational, retrospective cohort study.

Results:

The total of 132 eyes, 66 patients with bilateral PanOptix trifocal lens implant. Binocular uncorrected distance visual (UDVA) was on average 0.05 LogMAR (Snellen 20/22), intermediate 65 cm (UIVA) 0.07 (20/23), near 40 cm (UNVA) 0.05 LogMAR (20/22).

The binocular defocus curve showed a plateau without a clearly evident peak in visual acuity in the defocus corresponding to intermediate vision (between -2.00 D and -1.00 D, corresponding in distance to the interval between 50 cm and 1 meter) with a visual acuity average between LogMAR 0.09 and LogMAR 0.08

Conclusion: The PanOPTIX trifocal intraocular lens showed very satisfactory results in this group of patients, who achieved independence of the glasses and expressed a high level of satisfaction.

Introducción

Actualmente las cirugías de catarata se realizan en casos menos avanzados, a edades mas tempranas de los pacientes, y además se indica también la facoemulsificación con fines refractivos con mayor frecuencia. Mas pacientes buscan la independencia de las gafas luego de la implantación del lente intraocular, necesidad que han suplido los lentes intraoculares (LIOs) bifocales y mas recientemente los trifocales. Los LIOs bifocales ya en el mercado desde la década de 1980, especialmente con los modelos de los últimos diez años han proporcionado agudezas visuales satisfactorias para las distancias lejana y cercana pero no para la visión intermedia.^{1,2} Para solucionar esta debilidad se desarrollaron los LIOs trifocales de diversos modelos, con los que se han reportado resultados satisfactorios.³⁻¹⁴

Un modelo de LIO trifocal lanzado en los últimos años es el Acrysof PanOptix (Alcon Surgical, Inc.) cuyo diseño está dirigido a mejorar las tareas de visión intermedia para aumentar la satisfacción del paciente, al crearse un tercer punto focal a una distancia intermedia óptima de 60 cm, aunque con un rango de visión aceptable alrededor de este punto.³⁻¹⁵ Por su diseño el Panoptix teóricamente no es dependiente del tamaño pupilar.¹⁵

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados visuales binoculares, incluyendo la calidad de visión (examinada por medio de la sensibilidad al contraste) y la satisfacción subjetiva en un grupo de pacientes implantados bilateralmente con un lente intraocular de PanOptix trifocal.

Materiales y Métodos

Este fue un estudio observacional, de cohorte retrospectiva, que involucra pacientes de una base de datos ya existente, a quienes se les realizó implante bilateral del lente trifocal Panoptix. La implantación de estos lentes fue posterior a la extracción de catarata o cristalino transparente con técnica de facoemulsificación y calculados para la emetropía. Los criterios de inclusión para esta base de datos fueron: edad ≥ 40 años, diagnóstico de catarata o ametropía, implante bilateral de lente trifocal Panoptix, mínimo seguimiento de 3 meses. Los criterios de exclusión fueron: patologías oculares como glaucoma, degeneración macular relacionada a la edad, retinopatía diabética, maculopatías, ambliopía, alteraciones vasculares de la retina, membranas epiretinianas, descentramiento del lente, complicaciones durante la cirugía.

En acuerdo con la declaración del Helsinki, este protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lulle (FOSCAL)

La base de datos contiene pacientes de dos instituciones: Clínica Oftalmológica del Caribe (COFCA, Barranquilla, Colombia) y FOSCAL. Los pacientes de esta base de datos fueron expuestos a la misma técnica quirúrgica: facoemulsificación por incisión corneal de 2.2-2.75mm bajo anestesia local asistida

El lente AcrySof® IQ PanOptix (TFNT00) es un lente trifocal mono-pieza, hecho del copolímero acril-metacrilato (Alcon Laboratories, Texas, EE. UU.). La cara posterior del lente es esférica y su cara anterior asférica con una superficie difractiva. El lente incorpora un filtro azul-violeta con una adición intermedia de +2.17D y máxima de +3.25D, recibió marca EC en 2015.

El desenlace principal fue la Agudeza Visual sin corrección lejana (AVsc L) (igual o mayor a 6 metros), intermedia (AVsc I) (65cm), cercana (AVscC)(40cm). Otros desenlaces primarios fueron: proporción de pacientes con AVscL 20/25 o mejor y el desempeño en la curva de desenfoque. Esta curva fue realizada de la siguiente manera: una vez obtenida la refracción subjetiva del ojo, valor de emetropización, se desenfoca con -4.00 D sobre esa refracción, se toma la AV (siempre de lejos) y seguidamente se reduce ese desenfoque en pasos de 0.50 D,

tomando el valor de AV para cada uno de los desenfoques, hasta llegar al desenfoque 0.

Como desenlaces secundarios: se utilizaron los datos de refracción, asistida por auto refractómetro electrónico (KR-800, Topcon Medical Systems) y afinamiento por optometría, y se realizó la encuesta de satisfacción CATQUEST-9SF.

Se realizó un análisis descriptivo para estimar la agudeza visual lejana, intermedia y cercana, AV a distancia no corregida (UDVA), AV a distancia corregida, AV cercana no corregida (UNVA), AV intermedia no corregida (UIVA), análisis de sensibilidad al contraste, curva de desenfoque, refracción manifiesta, queratometría mediante medidas de tendencia central, posición y dispersión según la distribución de frecuencias. Los resultados de eficacia se realizarán tomando valores de promedio, desviación estándar, mediana, valores máximos, y mínimos procesado utilizando Microsoft Excel Versión 16.21 (Microsoft, 2018). Se estimará la incidencia de eventos adversos y eventos adversos serios. El nivel de significancia del estudio será del 5%

Resultados

El total de 132 ojos, 66 pacientes con implante bilateral de lente trifocal PanOptix. La agudeza visual binocular no corregida de lejos (Avsc L) fue en promedio de 0,05 LogMAR (Snellen 20/22) , intermedia 65 cm (Avsc I) 0.07 (20/23) , cercana 40 cm (AVscC) 0.05 LogMAR (20/22).

58 de 66 pacientes (87,9%) alcanzaron 20/25 o mejor de agudeza visual lejana binocular sin corrección.

El promedio de seguimiento postoperatorio fue de 12.2 meses, con un mínimo de 6.5 meses y máximo de 25.7 meses.

La figura 1 presenta la curva de desenfoque promedio de los pacientes.

La curva de desenfoque binocular mostró una meseta sin un pico claramente evidente en la agudeza visual en los desenfoques correspondientes a visión intermedia (entre -2.00 D y -1.00 D, correspondiendo en distancia al intervalo entre 50 cm y 1 metro) con una agudeza visual promedio de entre LogMAR 0.09 y LogMAR 0.08 (en Snellen entre 20/24 y 20/25). Aunque en desenfoques mayores (-2,50 D y -3.00 D, correspondientes a distancias de 40 cm y 33 cm) se evidenció un descenso progresivo de la curva, la agudeza visual en estas distancias (visión cercana) se mantuvo entre LogMAR 0,17 y LogMAR 0,21 (en Snellen entre 20/30 y 20/32). En distancias de 2 metros o mayores) la curva mostró un desempeño aún mejor, con visiones de entre LogMAR 0,02 y LogMAR 0,02 (en Snellen 20/21).

Figura 1.

En cuanto a la sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas (figura 2 y 3) los niveles se mantuvieron en el límite inferior de la normalidad, tanto sin deslumbramiento como con deslumbramiento. Sin embargo, al examinar la sensibilidad al contraste en condiciones escotópicas (figura 4 y 5) se encontraron valores por debajo de la normalidad en las frecuencias espaciales bajas, tanto con deslumbramiento como sin deslumbramiento.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 3 y 4

Los resultados de la encuesta de satisfacción con el cuestionario CATQUEST-9SF se encuentran resumidos en la Tabla 1.

TABLA 1.

	No, ninguna difiultad	Si, algunas dificultades	Si, bastantes dificultades	Si, muchas dificultades
Considera que su visión actual le causa de alguna manera dificultades en su vida diaria?	62 (93,9%)	4 (6,1%)	0	0
	Muy satisfecho	Bastante satisfecho	Bastante insatisfecho	Muy insatisfecho
Está satisfecho o insatisfecho con su visión actual?	56 (84.8%)	10 (15.2%)	0	0
Tiene dificultades cuando realiza las siguientes actividades a causa de su visión? Si es así, con qué intensidad?	No, ninguna difiultad	Si, algunas dificultades	Si, bastantes dificultades	Si, muchas dificultades
Leer los textos de los periódicos	58 (87.9%)	8 (12.1%)	0	0
Reconocer las caras de la gente que conoce	61 (92.4%)	5 (7.6%)	0	0

Ver los precios de las cosas cuando va a comprar	57 (86.4%)	9 (13.6%)	0	0
Caminar por superficies irregulares. Por ejemplo: calzada con adoquines (calle empedrada)	64 (97%)	2 (3%)	0	0
Realizar trabajos manuales. Por ejemplo: trabajos de carpintería	64 (97%)	2 (3%)	0	0
Leer subtítulos en la televisión	63(95.5%)	3(4.5%)	0	0
Cuando realiza alguna actividad/hobby en la que está interesado	62 (93.9%)	4 (6.1%)	0	0

--	--	--	--	--

DISCUSIÓN

Los LIO multifocales fueron diseñadas para mejorar la visión cercana, manteniendo una buena visión lejana, y por ende llevando a independencia de las gafas. Este enfoque sin embargo tiene un problema intrínseco inherente, y es que al dividir la luz en los diversos focos, se afecta la calidad de la imagen retiniana de cada foco. Aún así, los resultados han sido progresivamente mejores, y el nivel de satisfacción de los pacientes es alto.¹⁻¹⁴ Los modelos iniciales eran bifocales, con un foco lejano y el otro cercano (35 o 40 cm). Sin embargo, con las exigencias de la vida moderna cada vez los pacientes requieren más el uso de la visión intermedia (para trabajar en pantallas de computador, por ejemplo) y por ello se desarrollaron los lentes intraoculares trifocales. El lente PANOPTIX de Alcon es un lente trifocal con un diseño híbrido difractivo-refractivo. Tiene 15 anillos difractivos que rodean una pequeña zona central refractiva (de solo 336 micras de diámetro) y a su vez está rodeada por otra pequeña zona periférica refractiva.

Los estudios ópticos de este lente realizando mediciones de transferencia de modulación del contraste en un banco óptico con un modelo de ojo mostraron que el lente PanOptix es equivalente a los LIOs bifocales en el rendimiento fotópico cercano y lejano, al mismo tiempo que proporciona un rango sustancial de focos intermedios con un enfoque intermedio óptimo a 60 cm.¹⁵

Los resultados clínicos parecen respaldar estos hallazgos experimentales. En el presente estudio el porcentaje de pacientes que lograron una agudeza visual sin corrección de 20/25 o mejor fue muy alto, 87,9%, aunque fue un poco menor que el reportado por García-Perez y coautores, que fue del 96,6%.¹³ Sin embargo, si excluimos un paciente que tenía antecedente de cirugía refractiva con LASIK, ese porcentaje llega al 90,8%.

Como lo pronosticaba el desempeño teórico del lente trifocal Panoptix, efectivamente las agudezas visuales sin corrección en las tres distancias (lejana, intermedia, 65 cm, y cercana, 40 cm) fueron muy buenas: 0,05 LogMAR (Snellen 20/22) , 0.07 LogMAR (Snellen 20/23) y 0.05 LogMAR (Snellen 20/22), respectivamente. Estos valores fueron similares a los reportados por otros grupos^{10,13,14}, aunque un poco menores que los resultados publicados por otros grupos.¹²

La sensibilidad al contraste se afectó minimamente en condiciones fotópicas, manteniéndose su promedio dentro de los límites de la normalidad. Sin embargo, al examinarla en condiciones escotópicas fue evidente una disminución, ubicándose por debajo de lo normal sobretodo en frecuencias espaciales bajas. Escandón-García y colaboradores encontraron una tendencia similar en los

resultados de la sensibilidad al contraste en condiciones escotópicas, y no solo para el lente PanOPTIX, sino para otro trifocal (FineVision).¹⁴ Por otra parte, García-Perez y coautores no encontraron esta disminución de la sensibilidad al contraste en pacientes con lente PanOptix. Ellos usaron un equipo diferente al empleado en el presente estudio y también al utilizado por Escandón-García y coautores, lo cual podría influir algo en los resultados.¹³

La curva de desenfoque binocular mostró una meseta sin un pico claramente evidente en la agudeza visual en los desenfoques correspondientes a visión intermedia (entre -2.00 D y -1.00 D), correspondiendo en distancia al intervalo entre 50 cm y 1 metro) con una agudeza visual promedio de entre LogMAR 0.09 y LodMAR 0.08 (en Snellen entre 20/24 y 20/25). Aunque en desenfoques mayores (-2,50 D y -3.00 D, correspondientes a distancias de 40 cm y 33 cm) se evidenció un descenso progresivo de la curva, la agudeza visual en estas distancias (visión cercana) se mantuvo entre LogMAR 0,17 y LogMAR 0,21 (en Snellen entre 20/30 y 20/32). Por otra parte al disminuir el desenfoque negativo y por ende incrementarse la distancia simulada del objeto (distancias de 2 metros o mayores), la curva mostró un desempeño aún mejor, con visiones de entre LogMAR 0,02 y LogMAR 0,02 (en Snellen 20/21).

Un comportamiento similar se ha evidenciado en otros estudios, y debido a ello, a la ausencia de unos picos de agudeza visual seguidos de unos valles con disminución de la misma, a lo largo de las diferentes distancias, es que algunos (como Böhm y coautores del grupo de Kohnen) recientemente sugirieran llamarlo “panfocal” en lugar de trifocal.⁸

El nivel de satisfacción de los pacientes en el presente estudio fue muy alto. El 93,9% respondieron que su visión con los lentes intraoculares PanOPTIX no le causaba ninguna dificultad en su vida diaria y ninguno respondió que tuviese bastantes o muchas dificultades. Adicionalmente el 84,8% de los patients indicó que estaba muy satisfecho con su visión y el restante 15,2% que estaba bastante satisfecho. Ninguno respondió que estuviese insatisfecho en algún grado. Curiosamente en el estudio publicado por Kohnen y coautores en 2017, a pesar de reportar la mas alta agudeza visual sin corrección en promedio (lejana de LogMAR 0.0 +/- 0.1; intermedia de LogMAR 0.0 +/- 0.1 y cercana de LogMAR 0.0 +/- 0.1), un paciente de 27 requería gafas para visión lejana y 5 pacientes (18,5%) indicó que no volvería a escoger ese mismo lente intraocular. No indicaron cuál era la visión lejana del paciente que requirió gafas. En cuanto a la insatisfacción con el tipo de lente, no hay una clara explicación, por que no tenían peor agudeza visual o sensibilidad al contraste. En ese estudio interrogaron directamente por visión de halos, y el 89% de los pacientes los reportaron. Es posible que estos síntomas fuesen mas molestos en el grupo de pacientes de ese estudio realizado en Alemania, cuyo color de iris posiblemente fuese mas claro y las pupilas escotópicas mayores.¹²

Nosotros no interrogamos directamente por visión de halos o destellos, pero se realizó la pregunta de si presentaban alguna dificultad con su visión, así que si los hubiesen notado de forma significativa hubiesen respondido afirmativamente. En esa pregunta solo el 6,1% de los pacientes indicó que tenía algunas dificultades y ninguno indicó que tuviese bastantes o muchas dificultades. Por otra parte se ha sugerido que la pregunta directa sobre halos o destellos podría generar un sesgo por la reactividad de los pacientes ante la pregunta directa (también conocido como Efecto Hawthorne / efecto observador).¹²

El LIO Panoptix trifocal, también ha sido descrito como panfocal, debido a la relativa meseta en la curva de desenfoque en la visión intermedia, sin un claro valle entre los picos de visión.⁸ El PanOPTIX utiliza tecnología cuadrifocal, con 3 puntos focales a 40 cm, 60 cm y 120 cm más el enfoque a distancia (≥ 6 metros). Sin embargo, esta tecnología se modificó de modo que el punto focal intermedio mas lejano (120 cm) se redistribuyera al punto focal de distancia para optimizar el uso de la luz (Enlighten Optical Technology). Como consecuencia, la LIO PanOPTIX tiene un diseño cuadrifocal con una función trifocal para el paciente con focos a distancia lejana (≥ 6 metros), 60 cm y 40 cm. La luz se distribuye al 50% para distancias lejanas con un 25% cada una para uno de los otros dos focos. Este comportamiento se confirmó en el presente estudio, donde se evidenció en la curva de desenfoque una meseta entre los 50 cm y la distancia lejana, con una leve disminución a la distancia de 40 cm. Mas cerca si es evidente que el desempeño es menor, pero los pacientes no se quejaron acerca de esto, lo cual es explicable por que distancias tan cercanas son raramente utilizadas. En conclusión el lente intraocular trifocal PanOPTIX mostró resultados muy satisfactorios en este grupo de pacientes, que lograron independencia de las gafas y expresaron un alto nivel de satisfacción.

REFERENCIAS

1. Calladine D, Evans JR, Shah S, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):cd003169.
2. Alio JL, Plaza-Puche AB, Fernández-Buenaga R, et al. Multifocal intraocular lenses: an overview. Surv Ophthalmol 2017; 62: 611–634.
3. Kohnen T, Titke C and Bohm M. Trifocal intraocular lens implantation to treat visual demands in various distances following lens removal. Am J Ophthalmol 2016; 161: 71–77.
4. Marques J, Rosa A, Quendera B, et al. Quantitative evaluation of visual function 12 months after bilateral implantation of a diffractive trifocal IOL. Eur J Ophthalmol 2015; 25: 516–524.
5. Lawless M, Hodge C, Reich J, et al. Visual and refractive outcomes following implantation of a new trifocal intraocular lens. Eye Vis 2017; 4: 10.
6. Mencucci R, Favuzza E, Caporossi O, Savastano A, Rizzo S. Comparative analysis of visual outcomes, reading skills, contrast sensitivity, and patient

satisfaction with two models of trifocal diffractive intraocular lenses and an extended range of vision intraocular lens. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2018 Oct;256(10):1913-1922.

7. Akman A, Asena L, Ozturk C, Gür Güngör S. Evaluation of quality of life after implantation of a new trifocal intraocular lens. *J Cataract Refract Surg*. 2019 Feb;45(2):130-134.

8. Böhm M, Hemkepler E, Herzog M, Schönbrunn S, de'Lorenzo N, Petermann K, Kohnen T. Comparison of a panfocal and trifocal diffractive intraocular lens after femtosecond laser-assisted lens surgery. *J Cataract Refract Surg*. 2018 Dec;44(12):1454-1462.

9. Cochener B, Boutillier G, Lamard M, Auberger-Zagnoli C. A Comparative Evaluation of a New Generation of Diffractive Trifocal and Extended Depth of Focus Intraocular Lenses. *J Refract Surg*. 2018 Aug 1;34(8):507-514.

10. Alió JL, Plaza-Puche AB, Alió Del Barrio JL, Amat-Peral P, Ortuño V, Yébana P, Al-Shymali O, Vega-Estrada A. Clinical outcomes with a diffractive trifocal intraocular lens. *Eur J Ophthalmol*. 2018 Jul;28(4):419-424. doi: 10.1177/1120672118762231.

11. Vilar C, Hida WT, de Medeiros AL, Magalhães KRP, de Moraes Tzelikis PF, Chaves MAPD, Motta AFP, Carricondo PC, Alves MR, Nosé W. Comparison between bilateral implantation of a trifocal intraocular lens and blended implantation of two bifocal intraocular lenses. *Clin Ophthalmol*. 2017 Aug 1;11:1393-1397.

12. Kohnen T, Herzog M, Hemkepler E, Schönbrunn S, De Lorenzo N, Petermann K, Böhm M. Visual Performance of a Quadrifocal (Trifocal) Intraocular Lens Following Removal of the Crystalline Lens. *Am J Ophthalmol*. 2017 Dec;184:52-62.

13. García-pérez JL, Gros-otero J, Sánchez-Ramos C, et al. Short term visual outcomes of a new trifocal intraocular lens. *BMC Ophthalmol* 2017; 17: 72.

14- Escandón-García S, Ribeiro FJ, McAlinden C, Queirós A, González-Méijome JM. Through-Focus Vision Performance and Light Disturbances of 3 New Intraocular Lenses for Presbyopia Correction. *J Ophthalmol*. 2018 Jan 31;2018:6165493.

15- Lee S, Choi M, Xu Z, Zhao Z, Alexander E, Liu Y. Optical bench performance of a novel trifocal intraocular lens compared with a multifocal intraocular lens. *Clin Ophthalmol*. 2016;10:1031–8.