Resultados visuales posteriores a la implantación bilateral de un tipo de lente intraocular trifocal (FineVision) en pacientes con cirugía de cristalino.

Lugar: Centro Oftalmológico Virgilio Galvis Ramírez, Fundación Oftalmológica de Santander,

Investigadores: Dr. Jaime Larrea, Dr. Alejandro Tello, Dr. Néstor Carreño

Tutor de tesis: Dr. Alejandro Tello Hernández

Asesor Epidemiológico: Dr. Paul Camacho

INTRODUCCIÓN

Actualmente las cirugías de catarata se realizan en casos menos avanzados, a edades más tempranas de los pacientes y además se indica la facoemulsificación con fines refractivos con mayor frecuencia. Más pacientes buscan la independencia de las gafas posterior a la implantación del lente intraocular, necesidad que han suplido los lentes intraoculares (LIOs) bifocales y más recientemente los trifocales. Los LIOs bifocales ya en el mercado desde la década de 1980, han proporcionado agudezas visuales satisfactorias para las distancias lejana y cercana pero no para la visión intermedia.^{1,2} Para solucionar esta debilidad se desarrollaron los LIOs trifocales de diversos modelos, con los que se han reportado resultados satisfactorios.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar los resultados visuales de pacientes a quienes se les realizó cirugía de cristalino con implantación de lentes trifocales FineVision de manera bilateral.

La hipótesis planteada fue que el lente trifocal FineVision logra una buena agudeza visual cercana, intermedia y lejana sin corrección, que tiene una buena sensibilidad al contraste y que logra una independencia de gafas en el 100% de los pacientes.

1. Planteamiento del problema de investigación y su justificación en términos de necesidades y pertinencia

La presbicia no es un defecto refractivo sino un cambio fisiológico que se presenta alrededor de los 40 años y tiene que ver directamente con la amplitud de acomodación y su proceso normal de envejecimiento. Se presenta en todos los adultos alrededor de los 40 años, resultando en la necesidad de corrección con gafas para alcanzar una buena calidad de visión que le permitan a la persona realizar actividades que requieran de visión cercana.¹ Para compensar esta falta de enfoque para visión próxima es normal tratar de alejar los objetos, porque al ser menos divergentes los rayos se requiere menos acomodación, pero llega un punto en el que se hace insuficiente y se hace necesaria la corrección de la presbicia mediante la adición de poder de convergencia (es decir lentes positivos).²

Su etiología no está enteramente comprendida, múltiples estudios han mostrado que el endurecimiento del cristalino secundario a la pérdida de elasticidad de sus fibras y del crecimiento mismo del cristalino llevan a una reducción progresiva de la amplitud de acomodación, resultado en la disminución de la agudeza visual para distancias intermedia y cercana.²

La presbicia afecta el 43-83% de la población por encima de los 40 años llegando virtualmente al 100% de la población de 60 años o más. Esto significa que, basado en las proyecciones poblacionales, para el 2020 tendremos 1.4 billones de personas afectadas.⁵

La presbicia se ha relacionado con disminución objetiva de la calidad de vida de las personas, medida por medio de múltiples encuestas.⁶ No solo existe una asociación en cuanto a la presencia o no de limitaciones para las actividades diarias, sino que estudios han mostrado una relación lineal en cuanto al incremento del grado de presbicia y el incremento en la percepción de reducción de calidad de vida. Los pacientes con presbicia no solo reportan una disminución de su capacidad visual percibida, también reportan una disminución en su calidad de vida general percibida.⁶

2. Marco Teórico

Para el manejo actual de la presbicia hay múltiples opciones tales como: anteojos, lentes de contacto, cirugía refractiva corneal, y la implantación de lentes intraoculares multifocales.¹⁵ La corrección de la presbicia con anteojos es efectiva en cuanto a la rehabilitación rápida y costo-efectiva, por lo tanto es el manejo de primera línea desde el punto de vista de corrección masiva y abordaje del problema desde una perspectiva de salud pública.^{5,9} Sin embargo, se ha establecido que existe una disminución en la calidad de vida percibida de los pacientes presbíteros aun cuando ha sido corregida con anteojos. Algunos autores argumentan que la necesidad de usar anteojos, la creencia de que el uso de anteojos denota envejecimiento y la pérdida de amplitud de acomodación en estos pacientes puede ser la explicación a este fenómeno. Ante deseo de los pacientes de alcanzar la independencia de anteojos han surgido múltiples opciones quirúrgicas. Existen múltiples cirugías refractivas corneales con el objetivo de regresar algo de multifocalidad al aparato óptico del paciente, con resultados satisfactorios. Sin embargo, este abordaje tiene la gran desventaja que significa un manejo parcial y temporal del problema dado que no elimina el problema principal: el lente cristalino en proceso de envejecimiento, el cual no solo pierde progresivamente su capacidad de acomodación sino también su transparencia, evolucionando a catarata. Por esta razón, en los últimos años el abordaje que ha tomado más fuerza es el reemplazo del cristalino por un lente intraocular por medio de la facoemulsificación.¹⁵

Existen dos tipos de lentes multifocales: Refractivos y Difractivos. En los lentes refractivos hay diferentes zonas con el mismo poder refractivo y estas diferentes zonas proveen varios puntos de enfoque simultáneos. Los lentes difractivos crean un enfoque adicional proporcionando así una visión clara, lejana y cercana. Sin embargo, la visión clara, cercana y lejana por sí sola no siempre es suficiente para la vida cotidiana, ya que la visión intermedia (50 a 70 cm) desempeña un papel fundamental en las actividades diarias de la mayoría de las personas, especialmente dado el creciente uso de tabletas y computadoras.²⁰

Con ese fin, el lente trifocal difractivo y esférico FineVision (PhysIOL, Liege, Bélgica) se diseñó para incluir un tercer punto focal en su óptica multifocal. El objetivo era proporcionar tres distancias focales útiles: cercana, intermedia y lejana. La experiencia clínica inicial, en su mayor parte en Europa, con la implantación de este LIO ha demostrado que proporciona una buena agudeza visual lejana, intermedia y cercana, con altas tasas de satisfacción del paciente.²⁰

Este lente contiene dos zonas difractivas superpuestas (una para Distancia y visión cercana y una para distancia e intermedia).²¹

3. Estado del Arte

La corrección de la presbicia y la independencia total de los anteojos sigue siendo la meta en especial aquellos dedicados a la cirugía refractiva. Múltiples métodos se han utilizado intentando tratar o corregir la presbicia, en cuanto al manejo quirúrgico, podemos dividirlos en dos grandes grupos de abordaje: los acomodativos y los pseudoacomodativos.²³

Entre los abordajes pseudoacomodativos podemos encontrar en la literatura procedimientos basados en el uso de laser excimer (monovisión y ablaciones multifocales) y uso de segmentos corneales intraestromales (ICRS).²³

La técnica de laser excimer de monovisión consiste en la corrección de un ojo para visión lejana y otro para visión cercana produciendo una anisometropía intencional. Por medio de esta técnica, el paciente por medio de un mecanismo llamado supresión interocular alcanza niveles funcionales de visión cercana y lejana. Múltiples estudios avalan esta técnica, los cuales reportan tasas de éxito de entre el 80-98%. Existen limitaciones descritas en la literatura y reportadas por la mayoría de los cirujanos en el mundo, entre ellas: reducción de la sensibilidad al contraste, pobres resultados en visión intermedia, estereopsis reducida e imposibilidad de adaptar anteojos sin comprometer la visión cercana y/o lejana.²⁶

En los últimos años ha tomado mayor fuerza el abordaje lenticular, entendido como la extracción del cristalino transparente o cataratoso con el objetivo de reemplazarlo por un lente intraocular que simule la función antigua del cristalino. Actualmente, se cuentan con una gran variedad de lentes intraoculares multifocales (MIOLs), los cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: los acomodativos y los pseudoacomodativos.²³

En cuanto a los lentes oculares pseudoacomodativos, la alternativa más usada son los lentes multifocales pseudofaquicos. Por medio de estos implantes se han llegado a excelentes resultados clínicos, con altos estándares de seguridad y una gran independencia de anteojos, convirtiéndose así en uno de los abordajes preferidos por los cirujanos a nivel mundial. Dentro de este grupo de implantes se podrían, a su vez, dividir entre MIOLs Refractivas y MIOLs Difractivos.¹⁵ Los MIOLs Refractivos incorporan dos zonas de poder integradas en forma circular, por esta razón son altamente dependientes del tamaño pupilar (el cambio de tamaño lleva a cambios de la apertura efectiva). Estudios han mostrado que los pacientes con MIOLs refractivos reportan más fenómenos entópticos (halos, destellos, pobre visión en bajas condiciones de luz) en comparación a los MIOLs Difractivos.¹⁷

Los MIOLs difractivos usan el principio de la difracción, en donde por medio de escalones microscópicos la luz experimenta un enlentecimiento y cambio de dirección, creando así dos puntos focales uno lejano y otro cercano, creando así multifocalidad.³⁵ La mayoría de estudios reportan excelentes resultados visuales, con altos grados de independencia de anteojos y una alta satisfacción de los pacientes. Este tipo de lentes es el que cuenta con evidencia más fuerte en la literatura y es sin lugar a duda el abordaje para el manejo de la presbicia más usado en el mundo.^{36,37} Estos lentes también están asociados a fenómenos entópticos en algunos pacientes,

sin embargo, su mayor debilidad actual es la incapacidad de proveer buenos niveles de agudeza visual sin corrección para la distancia intermedia.¹⁵

Con el objetivo de cubrir esta necesidad existen nuevos desarrollos tecnológicos, concretamente, los MIOLs difractivos trifocales ya mencionados anteriormente, uno de los cuales es el objeto de estudio en este proyecto.

4. Objetivos

General

Evaluar los Resultados Visuales (RV) después del implante de los lentes trifocales difractivos Finevision.

Específicos

- Evaluar los Resultados Percibidos por los Pacientes (RPP) después del implante de los lentes trifocales difractivos Finevision, por medio del cuestionario Catquest.
- Evaluar la agudeza visual cercana, intermedia y lejana sin corrección y con corrección.
- Evaluar el desempeño de los lentes trifocales difractivos: Curva de Desenfoque.
- Evaluar la sensibilidad al Contraste.

5. Metodología

5.1 Diseño

Observacional, analítica, cohorte retrospectiva de fuente secundaria.

5.2 Universo

Adultos mayores de 40 con antecedente de extracción bilateral de cristalino/catarata con implante de lente intraocular FineVision.

5.3 Población y muestra

Se tomarán todos los pacientes con extracción bilateral de cristalino/catarata con implante de lente intraocular FineVision incluidos en una base de datos del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis en el periodo marzo 2017 a marzo del 2018.

5.4 Criterios de elegibilidad

5.4.1 Inclusión:

- Edad ≥ 40 años.
- Diagnóstico de catarata y/o defecto refractivo
- Antecedente de extracción bilateral por facoemulsificación de catarata con implante de lente intraocular trifocal FinVision
- Pacientes operados con un seguimiento al menos 6 meses del POP.

5.4.2 Exclusión:

- Cirugías oculares previas.
- Antecedentes patologías oculares: glaucoma, DMRE, retinopatía diabética, maculopatías hereditarias, cicatrices corioretinianas, ambliopía, alteraciones vasculares retinianas, membrana epiretiniana.
- Ojo único

5.5 Variables

Variable	Definición operativa	Categorías	Tipo de variable	Naturaleza	Nivel de medición
Genero	Sexo biológico	Masculino Femenino	Independiente	Cualitativa	Nominal Dicotómica
Edad	Años cumplidos de una persona desde que nace	Años	Independiente	Cuantitativo	De razón Discreta
Agudeza visual lejana	Capacidad del ojo para identificar objetos lejanos con condiciones de iluminación buenas	Medida en log MAR	Independiente	Cuantitativo	De razón Continua
Agudeza visual intermedia	Capacidad del ojo para identificar objetos intermedios en condiciones de iluminación buenas	Medida en log MAR	Independiente	Cuantitativo	De razón Discreta
Agudeza visual cercana	Capacidad del ojo para identificar objetos cercanos con condiciones de iluminación buenas	Medida en log MAR	Independiente	Cuantitativo	De razón Continua
Refracción	Medida en dioptrías que informa si existe alteraciones de refracción (DR)	Medida en dioptrías	Independiente	Cuantitativo	De razón Discreta
Sensibilidad al Contraste	La capacidad para diferenciar una imagen de un fondo sobre el que se encuentra.	Medida en condiciones de escotópicas y fototecas	Independiente	Cuantitativo	De razón Discreta

Curva de Desenfoque	Método para evaluar el funcionamiento y rango visual de cualquier LIO.	Medidas en dioptrías	Independiente	Cuantitativo	De razón Continua
---------------------	--	----------------------	---------------	--------------	-------------------

5.6 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

Los pacientes serán tomados de una base de datos de los pacientes operados con este tipo del lente del centro oftalmológico Virgilio Galvis.

Todos los pacientes deben tener un seguimiento al menos de seis meses posterior de la cirugía de la extracción bilateral de cristalino/catarata con implante de lente intraocular FineVision.

• DESENLACES

Desenlaces primarios: Resultados visuales:

- Proporción de los pacientes que tienen mejor agudeza visual corregida (MAVC) postoperatoria de 20/25 o más
- Agudeza visual lejana, intermedia y cercana sin corrección
- Análisis de Sensibilidad al Contraste.
- Curva de desenfoque.
- Resultados de Catquest 9SF

Desenlaces secundarios:

- Refracción manifiesta: esfera, cilindro y equivalente esférico

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

El análisis descriptivo se hará en función del tipo y la naturaleza de las variables. Las variables cualitativas se resumirán mediante medidas de tendencia central, posición y dispersión según la distribución de frecuencias. A las variables cualitativas se les estimará frecuencias absolutas y relativas. La comparación de resultados basales con los postoperatorios se hará mediante las pruebas de t de Student, Mann Whitney o Análisis de varianza de un factor, Kruskal Wallis según el número de las categorías definidas en la variable dependiente y de la distribución de frecuencias. Los parámetros que se evaluará son:

- Agudeza visual lejana, intermedia y cercana
- Agudeza visual a distancia no corregida (UDVA)
- Agudeza visual a distancia corregida (CDVA)
- Agudeza visual cercana no corregida (DCNVA)
- Agudeza visual intermedia no corregida (DCIVA)
- Análisis de Sensibilidad al Contraste
- Curva de desenfoque
- Refracción manifiesta: esfera, cilindro y equivalente esférico

El procesamiento, depuración y validación de las bases de datos y el análisis estadístico se

efectuarán mediante el paquete estadístico STATA 14. Los resultados serán presentados de manera digital en tablas y análoga mediante figuras, según la naturaleza de las variables y el tipo de análisis estadístico. El nivel de significancia del estudio será del 5%.

6. Resultados

6.1 Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos e innovación

Generación de nuevo conocimiento y Desarrollo Tecnológico e innovación

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Trabajo De Grado	Trabajo de Grado	Residente

6.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica institucional

Fortalecimiento de la comunidad científica

Objetivo de la propuesta	Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Generar nuevo conocimiento sobre resultados locales con este tipo de tecnología	Trabajo de Grado	Trabajo de Grado	Programa de especialización oftalmología UNAB

6.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento

Apropiación social del conocimiento

Objetivo de la propuesta	Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Divulgación de los resultados locales con esta tecnología entre pacientes con catarata o defectos refractivos susceptibles de cirugía	Preparación de un folleto informativo para pacientes	Folleto informativo para pacientes	Pacientes con catarata o defectos refractivos susceptibles de cirugía

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este estudio se realizará de acuerdo a la normatividad establecida por los principios de Helsinki así como la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de salud donde quedaron establecidas las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en el artículo 11 en el numeral B, donde se clasifica las investigaciones sin riesgo, investigaciones con riesgo mínimo e investigaciones con riesgo mayor del mínimo.

Teniendo en cuenta la resolución número 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, según el artículo 11, esta se considera una Investigación con riesgo mínimo, debido a que se trata de un estudio observacional, analítica, de cohorte retrospectiva de fuente secundaria, cuyo objetivo radica en analizar variables cuantitativas relacionadas con un procedimiento quirúrgico obtenidas por medio de exámenes de seguimiento que no suponen riesgo alguno en los controles postoperatorios de los participantes incluidos en el estudio.

Se utilizarán mecanismos para velar por el respeto, confidencialidad y custodia de la información, en el apartado de tratamiento de datos personales. El protocolo de la investigación se presentará ante el Comité de Ética en Investigación CEI-FOSCAL para su aprobación.

Se tendrán en cuenta y se aplicarán principios de la Bioética:

- **Principio de Beneficencia:** Este principio hace referencia a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien, obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente.
- **Principio de No Maleficencia:** Este principio contempla preceptos morales que incluyen: no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidades evitables. En el presente estudio no se generará daño alguno sobre el paciente, ya que no plantean realizar ningún tipo de intervención que pueda tener alguno de dichos efectos nocivos, además se velará por la correcta custodia de la información de cada uno.

7. Cronograma de Actividades

Objetivo	Semestre 1 Ene-junio 2017	Semestre 2 Julio-Dic 2017	Semestre 3 Enero-junio 2018	Semestre 4 Julio-Dic 2018	Semestre 5 Ene-Julio 2019	Responsable
Fase I: Redacción del protocolo de investigación	XX					JLG/ATH
Fase II: Revisión de la literatura/Implementación		XX				JLG/ATH/NIC
Fase III: Revisión de base datos			XX			JLG
Fase V: Depuración de datos y				XX		JLG/ATH/NIC/PC

análisis						
Informe Final – Publicación					XX	JLG/ATH/NIC/PC

JLG: JAIME LARREA GONZALEZ; ATH: ALEJANDRO TELLO HERNANDEZ; NIC: NESTOR IVAN CARREÑO; PC: PAUL CAMACHO

RESULTADOS

Un total de 26 ojos de 13 pacientes con implante bilateral de lente trifocal FineVision. Con un promedio de edad: 58.9 ± 6 y promedio de seguimiento postoperatorio: 29.69 ± 20.6 meses, con un mínimo de 8.57 y máximo 44.80.

25 de 26 ojos estudiados fueron hipermetropes. 22 de 26 ojos fueron facorefractivas, 4 de 26 cataratas leves. Equivalente esférico: Pre operatorio: 3.68 ± 3.69 , Post operatorio: -0.03 ± 0.46

Cambios en la agudeza visual Pre y Postoperatoria.		
AVSC Lejana	Preoperatorio	POP
Promedio $\pm$ SD (LogMAR)	0.78 ± 0.29	0.08 ± 0.11
Promedio (Snellen)	20/120	20/24
AVCC Lejana		
Promedio $\pm$ SD (LogMAR)	0.09 ± 0.11	0.04 ± 0.06
Promedio (Snellen)	20/24	20/21
AVSC Intermedia		
Promedio $\pm$ SD (LogMAR)	0.65 ± 0.16	0.05 ± 0.12
Promedio (Snellen)	20/89	20/22
AVSC Cercana		
Promedio $\pm$ SD (LogMAR)	0.59 ± 0.16	0.03 ± 0.09
Promedio (Snellen)	20/77	20/21

100% no requirieron gafas ni de lejos ni de cerca 22 de 26 ojos (84%) alcanzaron 20/25 o mejor agudeza visual lejana sin corrección post operatoria. Si excluimos 2 ojos con ambliopía leve sube al 92%.

CURVA DE DESENFQUE

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Condiciones fotopicas sin glare

Condiciones fotopicas con glare

Condiciones escotopicas sin glare

Condiciones escotopicas con glare

CUESTIONARIO CATQUEST

	No, ninguna dificultad	Si, algunas dificultades	Si, bastantes dificultades	Si, muchas dificultades
Considera que su visión actual le causa de alguna manera dificultades en su vida diaria?	11 (84.6%)	2 (15.4%)	0	0
Está satisfecho o insatisfecho con su visión actual?	Muy satisfecho 10 (77%)	Bastante satisfecho 3 (23.1%)	Bastante insatisfecho 0	Muy insatisfecho 0
Tiene dificultades cuando realiza las siguientes actividades a causa de su visión? Si es así, con qué intensidad?	No, ninguna dificultad	Si, algunas dificultades	Si, bastantes dificultades	Si, muchas dificultades
Leer los textos de los periódicos	13 (100%)	0	0	
Reconocer las caras de la gente que conoce	13 (100%)	0	0	0
Ver los precios de las cosas cuando va a comprar	12 (92.3%)	1 (7.7%)	0	0
Caminar por superficies irregulares. Por ejemplo: calzada con adoquines (calle empedrada)	13 (100%)	0	0	0
Realizar trabajos manuales. Por ejemplo: trabajos de carpintería	10 (76.9%)	3 (23.1%)	0	0
Leer subtítulos en la televisión	13 (100%)	0	0	0

DISCUSION

Como lo pronosticabamos el desempeño teórico del lente Finevision, en las agudezas visuales sin corrección en las tres distancias (lejana, intermedia a 65 cm, y cercana a 40 cm) fueron muy buenas: 20/24, 20/22 20/21, respectivamente. Estos valores fueron similares a los reportados por otros grupos como el de Ferreira Rios que reporta una AVSC Lejana de 0.06 LogMAR, intermedia 0.13 y cercana de 0.05, valores muy similares a los nuestros, 0.08 LogMAR, 0.05 y 0.03 respectivamente.

En el presente estudio el porcentaje de pacientes que lograron una agudeza visual sin corrección de 20/25 o mejor fue del 84% , menor al reportado por **Plaza-Puche y** coautores, que fue del 95%. Sin embargo, si excluimos un paciente que tenía antecedente de ambliopía en ambos ojos ese porcentaje llega al 92%.

En cuanto a la curva de desenfoque mostró una meseta sin un pico claramente evidente en la agudeza visual en los desenfoques correspondientes a visión intermedia (entre -2.00 D y -1.00 D) con una agudeza visual promedio en LogMAR de 0.1 que corresponde a 20/25, similar a lo reportado por **Plaza-Puche en España** en 2016. Aunque en desenfoques mayores (-2,50 D y -3.00 D), se evidenció un descenso progresivo de la curva, la agudeza visual en estas distancias se mantuvo entre LogMAR 0,32 y 0.45 LogMAR (en Snellen entre 20/40 y 20/56). Por otra parte al disminuir el desenfoque negativo y por ende incrementarse la distancia simulada del objeto (distancias de 2 metros o mayores), la curva mostró un desempeño aún mejor, con visiones de entre LogMAR 0,03 y LogMAR 0,02 (en Snellen 20/21).

La sensibilidad al contraste se afectó minimamente en condiciones fotópicas con y sin glare, manteniéndolo su promedio en frecuencias espaciales bajas ligeramente por debajo de lo normal, después llegando a la normalidad. Sin embargo, al examinarla en condiciones escotópicas fue evidente una disminución, ubicándose por debajo de lo normal sobretodo en frecuencias espaciales bajas sin glare, con posterior entrada a rangos normales. Escandón-García y colaboradores encontraron una tendencia similar en los resultados de la sensibilidad al contraste en condiciones escotópicas, y no solo para el lente FineVision sino para otro trifocales.

El nivel de satisfacción de los pacientes en el presente estudio fue alto. El 84% respondieron que su visión con los lentes intraoculares Finevision no le causaba ninguna dificultad en su vida diaria y ninguno respondió que tuviese bastantes o muchas dificultades. 77% de los pacientes indicó que estaba muy satisfecho con su visión y el restante 23% que estaba bastante satisfecho. Ninguno respondió que estuviese insatisfecho en algún grado.

CONCLUSION

En conclusión el lente intraocular trifocal Finevision mostró resultados muy satisfactorios en este grupo de pacientes, lograron una buena agudeza visual sin corrección postoperatoria, una independencia del 100% de las gafas y expresaron un alto nivel de satisfacción.

10. Bibliografía

1. Carson D, Hill WE, Hong X, Karakelle M (2014) Optical bench performance of AcrySof IQ ReSTOR, AT LISA tri, and FineVision intraocular lenses. *Clin Ophthalmol* 8:2105–2113
2. Garner MH, Spector A. Sulfur oxidation in selected human cortical cataracts and nuclear cataracts. *Exp Eye Res.* 1980;31(3):361–9.
3. Lou MF, Dickerson JE. Protein-thiol mixed disulfides in human lens. *Exp Eye Res.* 1992;55(6):889–96.
4. Burd HJ, Wilde GS, Judge SJ. Can reliable values of Young's modulus be deduced from Fisher's (1971) spinning lens measurements? *Vision Res.* 2006;46(8-9):1346–60. doi:10.1016/j.visres.2005.07.012.
5. Holden BA, Fricke TR, Ho SM, et al. Global vision impairment due to uncorrected presbyopia. *Arch Ophthalmol.* 2008;126(12):1731–9. doi:10.1001/archophth.126.12.1731.
6. Goertz AD, Stewart WC, Burns WR, Stewart JA, Nelson LA. Review of the impact of presbyopia on quality of life in the developing and developed world. *Acta Ophthalmol.* 2014;92(6):497–500. doi:10.1111/aos.12308.
7. McDonnell PJ, Lee P, of ... S-K. Associations of presbyopia with vision-targeted health-related quality of life. *Archives of* 2003. doi:10.1001/archophth.121.11.1577.
8. Patel I, Munoz B, Burke A, et al. Impact of Presbyopia on Quality of Life in a Rural African Setting. *Ophthalmology.* 2006;113(5):728–734. doi:10.1016/j.ophtha.2006.01.028.
9. Frick K, Joy S, Wilson D, Naidoo K, Holden B. The Global Burden of Potential Productivity Loss from Uncorrected Presbyopia. *Ophthalmology.* 2015;122(8):1706–1710. doi:10.1016/j.ophtha.2015.04.014.
10. Williams S, Brian G, epidemiology T-R. Measuring vision-specific quality of life among adults in Fiji. *Ophthalmic epidemiology.* 2012. doi:10.3109/09286586.2012.716896.
11. Lu Q, Congdon N, He X, science G visual. Quality of life and near vision impairment due to functional presbyopia among rural Chinese adults. ... & *visual science.* 2011. doi:10.1167/jovs.10-6353.
12. . Galvis V. Tello A. Defectos refractivos, queratometria y Refracción, 2016
13. Pizzarello L, Abiose A, of ... F-T. VISION 2020: The Right to Sight: a global initiative to eliminate avoidable blindness. *Archives of* 2004. Available at: <https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/416262>.
14. Smith T, Frick KD, World ... H-B of the. Potential lost productivity resulting from the global burden of uncorrected refractive error. *Bulletin of the World* 2009. Available at: https://www.scielo.org/scielo.php?pid=s0042-96862009000600011&script=sci_arttext&tlng=en.
15. Gil-Cazorla R, Shah S, Naroo S. A review of the surgical options for the correction of presbyopia. *British Journal of Ophthalmology.* 100(1):bjophthalmol-2015-306663. doi:10.1136/bjophthalmol-2015-306663.
16. Luo B, Brown G, Luo S, Brown M. The Quality of Life Associated with Presbyopia. *American Journal of Ophthalmology.* 2008;145(4):618–622.e1. doi:10.1016/j.ajo.2007.12.011.
17. Cillino S, Casuccio A, Pace F Di, et al. One-year outcomes with new-generation multifocal intraocular lenses. *Ophthalmology.* 2008;115(9):1508–16. doi:10.1016/j.ophtha.2008.04.017.
18. Truscott R. Presbyopia. Emerging from a blur towards an understanding of the molecular basis for this most common eye condition. *Exp Eye Res.* 2009;88(2):241–247.

doi:10.1016/j.exer.2008.07.003.

19. Salerno LC, Tiveron MC, Alió JL. Multifocal intraocular lenses: Types, outcomes, complications and how to solve them. *Taiwan J Ophthalmol*. 2017;7(4):179–184. doi:10.4103/tjo.tjo_19_17.
20. Ferreira-Ríos I, Zuñiga-Posselt K, Serna-Ojeda JC, Chávez-Mondragón E. Objective and subjective results following implantation of the FineVision trifocal intraocular lens in Mexican patients. *Int Ophthalmol*. 2017. doi:10.1007/s10792-017-0725-x.
21. Silva SR de, Evans JR, Kirthi V, Ziaei M, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;12:CD003169. doi:10.1002/14651858.CD003169.pub4.
22. Bilbao-Calabuig R, Llovet-Rausell A, Ortega-Usobiaga J, et al. Visual Outcomes Following Bilateral Implantation of Two Diffractive Trifocal Intraocular Lenses in 10 084 Eyes. *Am J Ophthalmol*. 2018. doi:10.1016/j.ajo.2018.01.010.
23. Medeiros ALL de, Araújo Rolim AGG de, Motta AFPF, et al. Comparison of visual outcomes after bilateral implantation of a diffractive trifocal intraocular lens and blended implantation of an extended depth of focus intraocular lens with a diffractive bifocal intraocular lens. *Clin Ophthalmol*. 2017;11:1911–1916. doi:10.2147/OPHTH.S145945.
24. Xu Z, Cao D, Chen X, Wu S, Wang X, Wu Q. Comparison of clinical performance between trifocal and bifocal intraocular lenses: A meta-analysis. *PLoS ONE*. 2017;12(10):e0186522. doi:10.1371/journal.pone.0186522.
26. Kaymak H, Breyer D, Alió JL, Cochener B. Visual Performance With Bifocal and Trifocal Diffractive Intraocular Lenses: A Prospective Three-Armed Randomized Multicenter Clinical Trial. *J Refract Surg*. 2017;33(10):655–662. doi:10.3928/1081597X-20170504-04.